

# 中国海油2023-2025年度便携式探测器一级集采框架协议评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6215/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不允许
7	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
8	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
9	资格评审标准	营业执照	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照
10	资格评审标准	资质要求	详见招标公告。
11	资格评审标准	业绩要求	详见招标公告。
12	资格评审标准	财务要求	详见招标公告。
13	资格评审标准	与制造商关系的说明（如适用）	详见招标公告。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	资格评审标准	制造商授权书	投标人不是制造商的，需提供制造商授权书。
15	资格评审标准	其他资格要求	详见招标公告。
16	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在第二章“投标人须知”第1.4.3中所列任一情形。
17	响应性评审标准	投标报价	(1)本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 (2)除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。 (3)投标报价中不允许存在缺漏项（指整个行项目报价缺失），否则投标将被否决。 (4)投标报价中行项目的报价存在缺漏项的（指该行项目进行了报价，但是报价内容不完整，如缺少某一部件或者服务），将视为缺漏项价格已包含在其投标价格之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定澄清确认或者确认缺漏项价格不包含在投标价格中的，应当否决其投标。
18	响应性评审标准	交货期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
19	响应性评审标准	交货地点	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
20	响应性评审标准	分包情况	符合第二章“投标人须知”第1.10.1项规定
21	响应性评审标准	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
22	响应性评审标准	付款条件	如中标人签署框架协议后，框架协议下订单的付款条件如下： 单笔订单金额大于等于人民币50万元：分两次付款，付款条件如下：（1）订单总价的80%：卖方根据本合同规定向买方交货，买方在收到合同设备并签署全部到货检验合格证明，并收到100%增值税专用发票后，45日内向卖方支付合同总价的80%；（2）订单总价的20%：货物在买方现场成功进行了调试和试运转，并由买方代表签发试运转接收证书后，45日内付清。 单笔订单金额小于人民币50万元：一次性付款，买方在收到合同设备并签署全部到货检验合格证明，并收到100%增值税专用发票后，45日内向卖方支付合同总价的100%。
23	响应性评审标准	质保期	投标人需在投标文件中承诺： 1)传感器质保期18个月，以甲方收到货物并签署验货记录日期开始计算，期间出现质量问题，需要对故障产品整体更换。 2)探测器部分（不包括传感器）质保期24个月，以甲方收到货物并签署验货记录日

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			期开始计算，期间出现质量问题，需要对故障产品整体更换。
24	响应性评审标准	电商平台服务费	招标人按照协议实际执行金额（含税）的3%向中标人收取平台服务费；另外，中标人无条件按照招标人的要求组织其产品上架中国海油电商平台。
25	响应性评审标准	主要技术指标1	防爆标准要求满足国标GB3836，取得防护认证防爆等级至少满足Ex ib d IIC T4（防爆证书需提供原件扫描件，原件备查）
26	响应性评审标准	主要技术指标2	防护等级：IP65及以上
27	响应性评审标准	主要技术指标3	取得计量器具型式批准证书CPA
28	响应性评审标准	主要技术指标4	所投标产品为制造厂的成熟产品，使用条件满足第五章技术要求中：“4.使用（或安装）条件”的要求
29	响应性评审标准	主要技术指标5	所投标产品满足技术文件测量范围、分辨率、响应时间、精度要求，满足第五章技术要求中：“5.2便携式有毒或氧气单一气体探测器技术要求及5.3便携式多气体探测器技术要求”的要求
30	响应性评审标准	主要技术指标6	所投标产品配备LCD或LED显示器
31	响应性评审标准	主要技术指标7	所投标产品设备具有零点修正功能
32	响应性评审标准	主要技术指标8	所投标产品探测器报警方式至少要有声音、光线、震动等报警提示方式，声报警强度大于75dB@30CM
33	响应性评审标准	主要技术指标9	投标产品电子元器件应进行三防(防潮、防毒、防盐雾)处理
34	响应性评审标准	主要技术指标10	投标产品连续工作的探测器的电池持续工作时间应不少于8h
35	响应性评审标准	一般技术指标1	所投标产品指示灯采用发光二极管指示灯
36	响应性评审标准	一般技术指标2	所投标产品具有传感器失效提醒功能，探测器在传感元件断路或短路时应发出声、光故障信号
37	响应性评审标准	一般技术指标3	所投标产品设备应具有数据记录和事件记录功能
38	响应性评审标准	一般技术指标4	所投标产品满足2合1探测器、3合1探测器、4合1探测器、5合1探测器、6合1探测器的要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
39	响应性评审标准	一般技术指标5	所投标产品探测器在指示电池电量低的情况下,连续工作的探测器再工作 15 min
40	响应性评审标准	一般技术指标6	所投标产品探测器的外壳应选用不燃材料或难燃材料(氧指数>32)
41	响应性评审标准	一般技术指标7	如需要配置电动采样泵,采样泵防护等级不低于IP65,并附带有软管、探针等附件
42	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号(必须满足)的商务技术条款外,招标文件中的其他商务技术条款(含合同条款,合同条款每一条(如第一章6.1)记为一项偏离)均为一般商务技术条款,一般商务条款偏离超过3项,或一般技术条款偏离超过3项,视为商务技术评议不合格。
43	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
44	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	投标报价评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	