

大榭石化产品升级改扩建项目超声波流量计标段一评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5652/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定
8	形式评审标准	选择性报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.5项规定
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”
10	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
11	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，提供原件扫描件（原件备查）。
12	资格评审标准	投标人性质	投标人应为本次投标所投产品的制造商或代理商。如果投标人为代理商，投标人应取得并提供本次投标所投产品的制造商针对本项目出具的唯一合法正式授权书。国产品牌不接受代理商投标。
13	资格评审标准	体系认证证书	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，证书在有效期内，且可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn ）查询到。
14	资格评审标准	防爆合格证	投标人所投的防爆电气设备应取得国家授权防爆认证机构颁发的《防爆合格证》（执行最新的GB/T 3836-2021标准，2022年5月1日后需取得最新的防爆认证，2022年5月1日前按旧版标准获准的且在有效期内的防爆证书予以认可），投标时须提供超声波流量计变送器制造商的防爆合格证书原件扫描件。国家授权防爆认证机构包括由国家认证监督管理委员会授权的国际权威认证机构以及国内防爆认证机构。
15	资格评审标准	业绩要求	2013年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商在中国境内应具有至少2项超声波流量计供货业绩，每个业绩至少含10台外夹式超声波流量计。2项业绩不允许是同一项目。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同扫描件（含相关技术附件）和2）到货验收材料（签字或盖章有效）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、项目名称、货物名称、外夹式、数量及对应清单、到货验收材料等。未提交业绩证明文件，或所提供的证明文件未包含以上信息，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	财务要求	投标人须提供近三年（2020-2022年）的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。要求近三年资产负债率均小于80%（公式：资产负债率=负债总额÷资产总额）
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不得存在投标人须知前附表中 1.4.3（18）所述情形。
18	响应性评审标准	投标报价	1）本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 2）除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。 3）投标同类货物大规格的价格低于小规格的价格超过3项或招标人有充分证据证明投标人采用不均衡报价策略造成招标人实际采购成本增加的，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
19	响应性评审标准	增值税税率	增值税税率13%
20	响应性评审标准	交货期	接到买方通知后16周内完成备货，具体按项目现场进度要求分批次到货。
21	响应性评审标准	交货地点	大榭石化炼化一体化项目现场指定地点
22	响应性评审标准	投标有效期	120天
23	响应性评审标准	付款条件	（1）合同签署后30日内，卖方应向买方提交金额为合同总价的10%、由买方认可的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			商业银行出具的、见索即付、不可撤销的履约保函。履约保函应自出具之日起生效，有效期至买方签署全部到货检验证明后第31日。 (2)在规定的合同期限内，卖方将全套的合同设备运至交货地点，买方在签发设备验收合格后，卖方向买方提交合同复印件、全额增值税发票、经买方签署的设备验收单等，买方在收到上述付款资料后无异议，30日内向卖方支付合同价总价的80%； (3)买方在合同设备完成安装、调试、试运行且经考核达到合同规定的全部技术规范、标准，在签发合同设备临时接受证书后30日内，向卖方支付合同总价的15%。 (4)合同总价的5%作为质保金，合同设备质保期结束且卖方已收到买方签发的合同设备最终接受证书后30日内，买方向卖方支付该质保金。
24	响应性评审标准	投标设备及技术服务和质保期服务	提供技术培训和售后服务（计入投标总计）。 产品质保期为货到买方验收合格后18个月或现场投用后12个月，以先到为准。
25	响应性评审标准	技术性能指标1	超声波流量计测量原理应采用时差法或多普勒法测量方式。
26	响应性评审标准	技术性能指标2	尺寸计算：投标方应按照制造商的标准进行口径计算，并提供计算书，超声波流量计口径应不小于规格书要求，如果计算结果不能满足要求，必须将不同口径的计算书交招标方确认并取得招标方认可。
27	响应性评审标准	技术性能指标3	超声波流量计的精度应不低于 $\pm 1.0\%$ ，重复性应优于 $\pm 0.5\%$ ，规格书对精度和重复性有具体要求的，应满足规格书要求。
28	响应性评审标准	报价格式	投标人必须严格按照招标文件第六章投标文件格式中“分项报价表”和“分项报价明细表”规定报价格式、内容和顺序报价，否则其投标将被拒绝。投标人需对附件“分项报价表”和“分项报价明细表”所列的清单全部进行报价，附件“分项报价表”和“分项报价明细表”清单中报价若有漏项或不报项，其投标书视为无效。
29	响应性评审标准	公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。
30	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号（必须满足）的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务条款偏离超过5项，或一般技术条款偏离超过5项，视为商务技术评议不合格。投标方必须明确说明报价书与本技术招标文件相偏离的内容，并将全部的偏离的细节在报价书的“偏离清单”中注明。“偏离清单”中的偏离必须得到招标方的书面批准。如未在“偏离清单”提出偏离，将认为提供的设备符合本技术招标文件的全部要求。
31	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
32	投标报价评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
33	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	