

中海炼化-大榭石化-炼化一体化项目聚丙烯物理性能仪评审细则

标段编号：25-CNCCC-HW-GK-5345/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：CNY80000，并符合招标文件第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。
10	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
11	形式评审标准	公开要求	投标人务必确保开标环节“资质文件、业绩文件和重要评审项响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质文件、业绩文件和重要评审项响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。对于招标文件公开信息要求的资质、业绩，投标人已按要求列出资质名称、业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段可

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			予认可。
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效
13	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件第六章投标文件格式内容提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
14	形式评审标准	视为投标人相互串通投标情形	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；例如不同投标人在中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址”内容任何一项一致；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上错误一致；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上；e) 不同投标人的投标文件相互混装；f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
15	形式评审标准	投标人被拒绝的情形	投标人不得存在投标资料表第1.4.3条所述任何情形，否则其投标将被否决。
16	资格评审标准	投标主体	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	投标人性质	本项目不允许国产设备的代理商投标。如果投标人为进口设备的代理商，投标人应得到本次投标所投产品的制造商同意其为本次投标提供该产品的合法正式授权书。 投标人以自己制造的货物参与投标的，如再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，相关的所有投标将被拒绝。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标，相关的所有投标将被拒绝。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
18	资格评审标准	业绩要求【需按要求逐项公开】	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应同时具有以下产品的供货业绩。1) 熔融指数仪不少于6台套；2) HDT/VICAT测定仪（同时具备检测HDT挠度/VICAT锥入度）、冲击试验机、切口机各不少于2台套。（供货业绩的制造商必须是本次投标产品的制造商；本次投标产品的型号与所提供业绩的产品型号须一致或升级型号，如本次投标产品的型号为所提供业绩的产品的升级型号，请提供有效说明。） 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、产品型号（升级型号说明）、货物数量、用户签字或盖章的到货验收材料。 以上业绩可在一个合同中提供，也可多个合同累计。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供多个订单及与订单对应的到货验收材料均算为有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
20	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“ 投标人须知 ” 第 3.2 款规定
21	响应性评审标准	交货期	合同签订后10周内完成备货，具体按项目现场进度要求分批次到货。
22	响应性评审标准	交货地点	大榭石化炼化一体化项目现场指定地点
23	响应性评审标准	付款条件	(1) 在规定的合同期限内，卖方将全套的合同设备运至交货地点，买方在签发设备验收合格后，卖方向买方提交合同复印件、全额增值税发票、经买方签署的设备验收单等，买方在收到上述付款资料后无异议，30日内向卖方支付合同价总价的70%。 (2) 买方在合同设备完成安装、调试、试运行且经考核达到合同规定的全部技术规范、标准，在签发合同设备临时接受证书后30日内，向卖方支付合同总价的25%。 (3) 合同总价的5% 作为质保金，合同设备质保期结束且卖方已收到买方签发的合同设备最终接受证书后30日内，买方向卖方支付该质保金。
24	响应性评审标准	供货及验收承诺函	投标方承诺按招标文件供货，并按约定的验收标准进行验收。投标时提供承诺函（承诺函格式自拟）。
25	响应性评审标准	投标设备技术服务	投标人对提供的所有设备（包括分包商提供的配套件）的安装、调试、开车、检查提供免费技术培训和服务。
26	响应性评审标准	质保期	产品质保期为货到买方验收合格后18个月或现场投用后12个月，以先到为准。重要部件因设计、制造质量问题和服务指导等因素损坏，卖方负责免费更换，更换后质保期自更换之日起重新计算（即验收合格后18个月或现场投用后12个月）。
27	响应性评审标准	通用技术性能指标1	投标方需提供投标产品的供货清单，供货清单中应写明：仪器名称、型号、配置（包括全部仪器设备主机、附属设备、分析软件等）、数量以及安装、调试、开车，保质期内稳定运行所需的备件清单。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	通用技术性能指标 ²	对于响应性评审序号10-14 关键技术性能指标，投标人投标时需提供但不限于技术协议（签字或盖章有效）、官网截图（需标注网址）、产品彩页等任何一种证明文件。（ 技术性能指标可体现在一个或多个证明文件中，不限制形式和数量。）
29	响应性评审标准	全自动熔融指数仪技术性能指标	"加载范围0.325~21.6kg，无极调节，具有自动预压和自动清洁功能，加载自动切换实现熔流比测试功能。 温度范围及精度：测试温度范围50 -450 °，温度精度<0.3 °，温度分辨率<0.01 °。 位移控制精度：分辨率<0.0005mm，位移精度±0.02mm。 固定式料筒，投标时提供产品结构照片并附简要说明。"
30	响应性评审标准	半自动熔融指数仪技术性能指标	"温度范围及精度：测试温度范围50 -450 °，温度精度<0.3 °，温度分辨率<0.1 °。 位移控制精度：分辨率<0.0005mm，位移精度±0.02mm。 具有预压功能（可选择预压力大小并压至设定位置），余料自动清除功能，自动清洁功能。"
31	响应性评审标准	HDT/VICAT测定仪技术性能指标	"六个独立控制的工作位，电动升降工作位，砝码自动加载。 六工位配置位移传感器，可自动检测HDT挠度/VICAT锥入度，测试前自动归零，测量范围：0-16mm；分辨率：0.001mm；精度：0.002mm。 配置防护栏，可防止极轻的试样漂到油中。"
32	响应性评审标准	冲击试验机技术性能指标	"高强度碳纤维摆杆，质心集中在锤头。投标时提供实物照片并附简要说明。 能量范围：0.5—25J，一个能量一把锤头对应。投标时提供实物照片并附简要说明 角度分辨率<0.020 °。 配置原装专用低温盒，可固定在主机上，便于样品装载。投标时提供实物照片并附简要说明。"
33	响应性评审标准	切口机技术性能指标	"能制出GB/T 1043.1中6.1.5条所要求的三种类型缺口，各样条缺口底部半径和缺口底部剩余宽度应符合该标准中表2 所要求尺寸。投标时提供仪器制出的对应缺口类型的实物图并附简要说明。 样品夹具可快捷锁紧，一键式操作，自动切割，一次至少可同时切割10个样品。提供仪器夹具照片和实际作业照片。 切刀旋转速度可调，速度范围200-1000rpm。"
34	响应性评审标准	报价格式	投标人必须严格按照招标文件第六章投标文件格式中“ 分项报价表 ” 规定报价格式、内容和顺序报价，否则其投标将被拒绝。
35	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号（必须满足）的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务条款偏离超过5项，或一般技术条款偏离超过5项，视为响应性评审不合格。对于招标文件的全部商务技术偏离，需在投标文件商务和技术偏差表中列明。
36	投标报价评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	