

中联公司-液烃取样器及化验分析设备采购项目评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8474/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标承诺书	投标人应按第六章第十二项格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
7	形式评审标准	投标有效期	120日历天
8	形式评审标准	业绩公开要求	投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。对于招标文件公开信息要求的业绩，投标人已按要求列出业绩合同对方名称但其他信息不完整，且投标文件中包含对应的完整信息和证明材料的，评标阶段应予以认可。
9	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投 标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上，且投标人不能合理说明的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	报价文件	投标人须严格按照招标文件第六章报价明细表规定的格式和内容进行报价，否则其投标将被拒绝。报价明细表作为投标报价的基础，应逐项填报，投标人不得修改和调整招标人提供的报价清单及表格格式，包括报价格式的项目名称、项目特征描述、计算规则、计量单位和数量等，否则将导致投标被拒绝。报价明细表的每一项分项报价不得为零或空，否则投标将被拒绝
12	形式评审标准	联合体投标人	不接受
13	形式评审标准	备选投标方案	不接受
14	形式评审标准	选择性报价	只能有一个有效报价
15	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合投标人须知前附表3.4.1 投标保证金的要求。
16	形式评审标准	分包	本项目不允许
17	形式评审标准	投标人须知前附表	满足10.2条款投标人须知前附件星号条款，不满足将被拒绝。
18	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	业绩要求（需进行信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的液烃取样器供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），同时投标人应具有至少1个合同的含水分析离心机供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），如一个合同同时包含液烃取样器和含水分析离心机供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），视为同时满足上述两项要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 销售合同和2) 用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	体系认证	投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
22	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
23	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
24	响应性评审标准	交货地点	中联公司作业区域、中联公司作为作业者或控股股东的作业区域，包括但不限于陕西省榆林市神木市，具体地点以甲方订单为准。
25	响应性评审标准	交货期	下达供货订单确认后30日历天内制造完成并运抵现场
26	响应性评审标准	付款条件和方法	1、甲方根据现场实际需要下达采购订单，乙方根据采购订单规定的期限将货物制造完成，并提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票；甲方于设备制造现场验收合格并签发设备制造现场验收书后45日内，支付当批次订单货款的30%。 2、乙方根据采购订单规定的期限将货物运至交货地点，并提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票；甲方验收订单货物并签发到货验收合格书后45日内，支付当批次订单货款的30%。 3、完成采购订单货物的安装调试并经验收合格，或未经安装调试但到货验收合格起满6个月，或设备制造现场验收合格起满12个月（三种情况先到为准），并提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，甲方签发设备运行验收合格书或到货验收合格超期书或设备制造现场验收合格超期书后45日内，支付当批次订

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			单货款的37%。 4、订单货款的3%作为质保金，当货物质保期结束,质保验收合格，并提前向甲方开具符合中国法律法规要求的增值税专用发票，甲方签发货物最终接受证书后45日内，甲方支付该批次订单货款质保金。
27	响应性评审标准	质保服务	质保期为安装使用合格24个月，或到货验收合格30个月，或设备制造现场验收合格36个月，以先到为准(三者中选择最先期满的一项作为计算标准)，在正常使用条件下发生故障的零部件进行无偿的更换,以保证用户能在正常的状态下使用。供货商应在中华人民共和国境内常设服务机构，并提供技术服务。当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内做出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应；调配时间不超过48小时。在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。对于供货商责任引起的质量问题或系统故障，供货商应免费为业主更换设备或材料、排除故障、恢复系统正常运行，设备或材料更换后应延长其质保期。
28	响应性评审标准	自动取样器防爆等级	自动取样器防爆等级不低于Ex db eb ib IIB T4 Gb，投标人必须提供同类型自动取样器由第三方防爆电气产品检测机构颁发的防爆合格证书原件扫描，且可通过证书颁发机构网站核实。
29	响应性评审标准	自动取样器防护等级	自动取样器防护等级不低于IP65，投标人必须提供同类型自动取样器的防护检验报告原件扫描件，并可在全国认证认可信息公共服务平台网站(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=)核实。（检测单位具有检验检测机构资质认定证书（CMA））。
30	响应性评审标准	自动取样器温控系统	为使仪器内的油品与管线上的油品温度一致，仪器内设有伴热系统，由电脑控制，自动恒温，无须人工操作；具有停机温度自动控制补偿功能（不关闭总电源时）。需提供设计文件或相关证明材料。
31	响应性评审标准	自动取样器分液装置	单次分液量 0.1mL ~ 1.5mL。需提供设计文件或相关证明材料。
32	响应性评审标准	含水分析离心机电机防爆等级	含水分析离心机电机防爆等级不低于Ex db IIB T4 Gb，投标人必须提供同类型含水分析离心机电机由第三方防爆电气产品检测机构颁发的防爆合格证书原件扫描件，且可通过证书颁发机构网站核实。
33	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
35	投标报价评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	