

华鹤公司2026年装置保运部继电保护调试服务评审细则

标段编号：HXCF-260128/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	供应商名称	与三证合一营业执照、资质证书一致
6	投标有效性	响应文件签字盖章	响应函有法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。由代理人签字的，应附授权委托书，授权委托书应符合第六章响应文件格式的规定。响应文件其他内容按格式要求签字或加盖公章。
7	商务评议	资格要求	符合第一章第 3.1条及供应商须知前附表第3.5(1)款规定
8	商务评议	资质要求	符合第一章第 3.1条及供应商须知 前附表第3.5(2)款规定
9	商务评议	业绩要求	符合第一章第 3.1条及供应商须知前附表第3.5(3)款规定
10	商务评议	财务要求	符合第一章第 3.1条及供应商须知前附表第3.5(4)款规定
11	商务评议	信誉要求	符合第一章第 3.1条及供应商须知前附表第3.5(5)款规定
12	商务评议	人员要求	符合第一章第 3.1条及供应商须知前附表第3.5(6)款规定
13	商务评议	其他要求	符合第一章第 3.1 条及供应商须知前附表第3.5(7)款规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评议	不存在第一章第3.2款情形	符合第一章第3.2条及供应商须知前附表第3.5(8)款规定
15	技术评议	采用技术标准、技术范围	总体按3标准规范及技术要求执行
16	技术评议	工期要求	项目工期7个自然日，并在30个自然日内完成验收所需要资料交给招标人。
17	技术评议	服务承诺	本项目质保期自验收合格之日起计算，质保期3个月。质保期内，因调试影响造成不良后果时，投标人需2小时内给出处理措施，需入厂处理的要求3个自然日到厂处理。（提供承诺书，格式自拟）
18	技术评议	项目完工资料交付	投标人需在完工验收后30个自然日内完成终版竣工材料，包括不限于继电保护调试报告书、继电保护配置书、调试施工方案等。
19	技术评议	一般技术条款偏离	除技术询价文件规定的实质性要求和条件（ ）外，其它一般技术要求（技术要求层级达到a.b.c偏离属于一般技术要求），每一条记为一项偏离数量累计超出3项（含3项）的投标，将被视为不满足询价采购文件实质性要求，并导致投标被否决。
20	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	