

大榭石化炼化一体化项目喷气燃料热氧化试验仪-202412-电仪(二次)评审细则

标段编号：DXDLYC15450DX/01
评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	★投标有效性、是否投标	是否投标
5	商务评议	★应答人名称	与营业执照、资质证书一致。
6	商务评议	★应答文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
7	商务评议	★应答要求	应答人必须严格按照报价单格式、内容和顺序报价，否则其应答将被拒绝。投标人需对报价表所列的清单全部进行报价，清单中报价若有漏项或不报项，其应答视为无效。 不得以订货周期长等理由随意调整、变更品牌、型号，确实由于客观原因导致应答人所报产品和询价产品出现不同（如：型号替代、参数变化、品牌替代、包装规格不一致、供货范围不一致等）时，应先澄清，得到采购人的认可澄清回复后才能报价，否则视为无效报价。
8	商务评议	★报价有效期	报价截止之日起120天内保持有效。
9	商务评议	★关联关系	不接受存在关联关系的应答人同时参与投标，相关的所有投标均将被拒绝。
10	商务评议	★联合体投标	不接受联合体投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	商务评议	★投标报价	1) 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。2) 除非国家税法修改, 分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
12	商务评议	★出具增值税专用发票及承担纳税义务	应答人应承担纳税义务及法律责任并能出具增值税专用发票。
13	商务评议	★资质要求	符合询价文件应答人资质要求。
14	商务评议	★财务要求	符合询价文件应答人财务要求。
15	商务评议	★信誉要求	符合询价文件应答人信誉要求。
16	商务评议	★付款条款	响应合同条款及格式(另附)付款条款。
17	商务评议	★交货地点	响应询价文件项目简介的要求。
18	技术评议	★业绩要求	符合询价文件应答人业绩要求。
19	技术评议	★交货期	响应询价文件项目简介的要求, 具体交货期按双方协商为准。
20	技术评议	★供货及验收承诺函	投标方承诺按本询价文件要求供货, 按相关规定进行法定检验并提供法定证书(若涉及), 并按验收标准验收, 投标时提供承诺函。
21	技术评议	★投标设备及技术服务和质保期服务	提供技术培训和售后服务、售后咨询和售后服务。产品质保期为货到买方验收合格后18个月或现场投用后12个月, 以先到为准。重要部件因设计、制造质量问题和服务指导等因素损坏, 卖方负责免费更换, 更换后质保期自更换之日起一年内有效。
22	技术评议	★通用技术性能指标	投标时需提供投标设备的技术文件(包括但不限于): 技术协议、官网截图(需标注网址)、产品彩页、设备选型及配置表等任何一种证明文件。
23	技术评议	★关键技术性能指标	报价技术文件中至少包括参与投标设备的详细规格配置(包括全部设备主机、附属设备、分析软件等)。 用途: 用于喷气燃料热氧化安定性分析检测, 符合方法标准: 符合现行最新有效的ASTM D3241和GB/T9169、ASTM D1655等分析标准的规定。 样品泵: 单活塞高效HPLC泵、流量传感器及压力回路控制样品流速, 使得样品流速控制优于标准方法3ml/min±0.3 ml/min的要求并记录, 严格把关, 脉冲抑制, 保证系统压力稳定(需提供生产厂家盖章的清晰实物图证明文件); 仪器自带预处理系统, 自动完成样品预处理过程, 自动执行泵启动、流量监测和样

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			品曝气,无需手动干预,提高试验的重复性和再现性； 仪器具有多项自检功能(包括样品杯、废液杯、安全门就位，加热管安装情况的自动检验),及时提醒仪器硬件及软件状态，包括样品杯和废液杯是否安装到位、安全门是否关闭；自检加热管的各项状态是否良好，如安装的正确性、加热管是否弯曲以确保实验结果的正确； 基于安全和环保考虑，仪器还需具备以下功能（需提供生产厂家盖章的清晰实物图等证明文件）： 加热管：加热管带有芯片，仪器能够自动识别，并将测试数据存储在加热管的芯片，方便数据溯源； 仪器带有航煤破点测试程序；
24	价格评议	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	