

大榭石化-舟山厂区电位滴定仪(二次)评审细则

标段编号：DXSCDY263370/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	★投标有效性、是否投标	是否投标
6	商务评议	★应答人名称	与营业执照、资质证书一致。
7	商务评议	★应答文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
8	商务评议	★报价有效期	报价截止之日起120天内保持有效。
9	商务评议	★不存在禁止投标的情形	不存在询价文件评审第三条：应答文件作无效报价处理的情形中任何一条。
10	商务评议	★联合体投标及分包	不接受联合体投标，不允许分包。
11	商务评议	★资格要求	符合询价文件资格要求。
12	商务评议	★业绩要求	符合询价文件应答人业绩要求。
13	商务评议	★信誉要求	符合询价文件应答人信誉要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评议	★付款条款	响应合同条款及格式（另附）付款条款。
15	商务评议	★一般商务条款偏离	除询价文件规定的实质性★条款外，其它一般商务和合同条款偏离可接受的最多项数为：5项。
16	商务评议	★社保人数	近一个月内社保人数不为0。
17	商务评议	★报价文件完整性	不允许有缺漏项
18	技术评议	★交货期	响应询价文件项目简介的要求
19	技术评议	★售后服务	响应合同条款及格式（另附）售后服务。
20	技术评议	★技术性能指标	投标产品必须满足本询价文件要求，投标方需提供投标产品的供货清单，供货清单中应写明：产品名称、品牌、型号/配置/货号/规格、数量、计量单位等。应答人需在报价文件中提供完整、准确的物项信息，列明但不限于产品名称、品牌、型号/配置/货号/规格、数量、计量单位等信息。
21	技术评议	★服务和质保期服务	提供售后咨询和服务。产品质保期为货到买方验收合格后18个月或现场投用后12个月，以先到为准。重要部件因设计、制造质量问题和服务指导等因素损坏，卖方负责免费更换，更换后质保期自更换之日起一年内有效。
22	技术评议	★一般技术条款偏离	除询价文件规定的实质性★条款外，其它一般技术条款偏离可接受的最多项数为：5项。
23	技术评议	★执行标准	符合下列标准：符合SH/T 0246-92《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》。 用途：石油苯产品中微量水强制检验测定。
24	技术评议	★主要技术参数1	样品检测范围0.000001%（1ppm）-90%，电位分辨率：0.1mV，电位信号精度偏差：不超过0.5mV，测量精度：≤0.3%；
25	技术评议	★主要技术参数2	标配抽排液装置，可轻松实现自动排出废液及添加新鲜阳极液；
26	技术评议	★主要技术参数3	后续根据样品需求，可拓展10位以上卡式炉；
27	技术评议	★主要技术参数4	供应商应作出以下承诺函，到货仪器及配件符合仪器配置要求。
28	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	