

大榭石化-舟山厂区-赛波特颜色测定仪评审细则

标段编号：DXSCDY264161/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	★投标有效性、是否投标	是否投标
6	商务评议	★应答人名称	与营业执照、资质证书一致。
7	商务评议	★应答文件签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
8	商务评议	★报价有效期	报价截止之日起90天内保持有效。
9	商务评议	★不存在禁止投标的情形	不存在询价文件评审第三条：应答文件作无效报价处理的情形中任何一条。
10	商务评议	★营业执照	符合询价文件应答人营业执照要求。
11	商务评议	★资质要求	符合询价文件应答人资质要求。
12	商务评议	★业绩要求	符合询价文件应答人业绩要求。
13	商务评议	★信誉要求	符合询价文件应答人信誉要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评议	★投标及分包	不接受联合体投标，不允许分包。
15	商务评议	★付款条款	响应合同条款及格式（另附）付款条款。
16	商务评议	★一般商务条款偏离	除询价文件规定的实质性★条款外，其它一般商务和合同条款偏离可接受的最多项数为：3项。
17	技术评议	★交货期	响应询价文件项目简介的要求。
18	技术评议	★售后服务	响应合同条款及格式（另附）售后服务。
19	技术评议	★技术性能指标	<p>满足技术文件中带*条款的要求，即：</p> <p>2.1 色号范围：-16(最深)~+30(最浅)。</p> <p>2.2 试样管：内径 16.5~17.5mm，外径 21.25~22.75mm，用一块厚6.25mm 的圆片封底，总长 508~510mm。</p> <p>2.3 标准色板玻璃管：内径 16.5~17.5mm，外径 21.25~22.75mm，长 483mm，总装后总长 516~518mm。</p> <p>2.4 光学观测仪：由棱镜和目测透镜组成，调整棱镜，通过目镜观测视场。</p> <p>2.5 标准色板：半厚板和整厚板组成</p> <p>2.6 日光灯：</p> <p>2.6.1 灯泡功率60W，半球型反射罩及日光滤色片</p> <p>2.6.2 工作电源 AC220V±10% 50HZ</p> <p>2.7 重复性：不大于1个赛波特颜色号</p> <p>满足4.1 项配置要求。</p>
20	技术评议	★服务和质保期服务	提供售后咨询和服务。产品质保期为货到买方验收合格后18个月或现场投用后12个月，以先到为准。重要部件因设计、制造质量问题和服务指导等因素损坏，卖方负责免费更换，更换后质保期自更换之日起一年内有效。（如与合同条款冲突则以合同条款为准）。
21	技术评议	★一般技术条款偏离	除询价文件规定的实质性★条款外，其它一般技术条款偏离可接受的最多项数为：3项。
22	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	