

# 大榭石化-馏分油五期项目TOC分析仪评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6478/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许递交备选投标方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
10	资格评审标准	资质要求【需按要求进行公开】	投标方必须提供TOC分析仪防爆证书且防爆证书为国家授权防爆认证机构或IECEx颁发的《产品防爆合格证》，且证书在有效期内，TOC分析仪要求整体防爆（仪表及配套防爆柜整体取证），防爆等级不低于CT4，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
11	资格评审标准	业绩要求【需按要求进行公开】	2017年01月01日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标方所投产品的制造商在国内乙烯或抽提装置应具有至少2个项目的供货业绩，且每个业绩至少包含2套TOC分析仪。同一项目存在多个合同仅认定为1个业绩。投标人须按规定格式提交

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同扫描件（含相关技术附件）和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、项目名称、货物名称（TOC分析仪）、装置名称、设备数量及到货验收材料等。未提交业绩证明文件，或所提供的证明文件未包含以上信息，均视为无效业绩。
12	资格评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
13	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	资格评审标准	管理体系证书	投标人及投标产品的制造商均须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	代理商投标	本项目允许代理商投标。如果投标人为代理商，投标人应得到本次投标所投产品的制造商同意其为本次投标提供该产品的合法正式授权书。投标人以自己制造的货物参与投标的，如再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，相关的所有投标将被拒绝。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标，相关的所有投标将被拒绝。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。
16	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定
17	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
18	响应性评审标准	交货期	合同签订后10个月内
19	响应性评审标准	交货地点	大榭石化馏分油五期项目现场指定地点
20	响应性评审标准	技术性能指标	技术性能指标
21	响应性评审标准	技术性能指标1	测量原理：羟基氧化法或高温燃烧法或超临界氧化法或湿式氧化。
22	响应性评审标准	技术性能指标	性能要求： （投标人需提供对外公开的仪表样本） 精度：不低于±3%； 重复性：优于3%； 其余性能应满足HJ/T 104第7章的要求；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			光源使用寿命： 8000 小时； 分析仪自动每月至少进行一次零点校准和量程校准，校准时间间隔应可调； 内置自动清洗程序和手动清洗功能； 带故障报警接点输出；
23	响应性评审标准	技术性能指标1	提供开车备件投标表、专用工具投标表、配套部件供应商信息表（格式按第六章第十二条），且满足技术招标文件第六条“供货范围”的要求。
24	响应性评审标准	投标有效期	120天
25	响应性评审标准	投标保证金	人民币5万元，并符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
26	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件外，其它商务、技术要求和条件偏差可接受的最大范围（程度）为： 最多项数为：5项
27	响应性评审标准	付款方式	符合第四章“合同条款及格式”第二条“合同总价和付款”的要求无偏离。
28	响应性评审标准	其它	1、不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。 2、不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和 MAC地址”中的任何一类内容一致的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。 3、投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。 4、除价格外，如果出现开标一览表内容与投标文件不一致，以开标一览表为准；（如系统中开标一览表交货期填写格式和招标文件不同（如时间单位不同），请在开标一览表备注中说明，建议在备注注明交货期满足招标文件要求）。
29	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
30	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	