

常州院湛江地区检测设备及元件材料定制采购专有协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8221/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	2万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	供应商属性	本项目允许制造商和贸易商参与，不允许代理商参与。制造商需满足：1、若自有厂房提供厂房产权证，提供的产权证书上的所有者与投标人一致，若租赁厂房提供有效的租赁合同；2、提供生产设备照片或生产设备购买发票。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）。
20	资格评审标准	业绩要求	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1项腐蚀监测销售业绩或电阻或电感探针销售业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、货物名称及到货验收材料。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
22	响应性评审标准	证书要求	投标方投标时提供: 探针腐蚀检测系统需提供防爆认证，防爆认证范围: Underwriters laboratories (UL)、Factory mutual research corporation (FM)、TUV 防爆认证。(满足其中一个认证即可)，且探针耐压等级需要达到2500PSI。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	提供证书要求	投标方投标时需承诺（承诺书自拟）提供:设备取证按《海上设施产品检验证书》B类证书第三方取证，防爆电气取证按照设备防爆类型取证，交货时提供证书。
24	响应性评审标准	质保期	自到货验收合格之日起12个月。
25	响应性评审标准	质保金	质保金为到货验收合格后，设备质保金占订单金额的3%,设备投用正常后，具体时间按照双方签字确认日期。
26	响应性评审标准	在线实时腐蚀监测系统	技术文件应体现：探针适配器：防爆设计，螺纹及圆柱接合面采用隔爆。设计防水要求，采用外加O型圈方式防水。防爆管：接口类型，内外3/4G 防爆标志，Ex d II Gb。防爆接线盒：防爆标志：Ex d II T5 Gb接口：2-3/4G内螺纹。 电源及通讯转换器：附电源线和通讯线。工作电源：AC220V10A；总线输出电压：36VDC通讯方式：上位机RS232（DB9）；下位机RS485（压接端子）
27	响应性评审标准	电阻探针系统：	技术文件应体现：输出信号：4-20mA；电源：10-30 VDC /20mA；适用温度：-40 to +80 ；电阻探针：高压圆柱形元件：电阻(ER) 2” 系统；温度等级：+260 ° C；压力等级：6000 PSI / 41.3 MPa；元件材料密封：全部焊接；填充材料：陶瓷；探头阀体材料：与元件相同。
28	响应性评审标准	高压承载器：	技术文件体现高压承载器：高压承载器（焊接式、法兰式）可与挂片支架、探针、插塞配套使用，材质要求：碳钢、不锈钢、双相钢、根据采购订单确定。参照或相当于RCS/EUOPCORR/SMARTCORR产品。 承载器安装方式：焊接，标准密封材料：氟化橡胶/特氟龙；操作温度范围-26 /+204 ；操作压力6000PSI(41.3MPa)以内；参考标准：NACE MR0175。
29	响应性评审标准	数据变送器	投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足：变送器要求质保3年、期间出现设备故障无法读取数据、免费维修、无法修复、更换新变送器。
30	响应性评审标准	挂片拆装工具	技术文件满足在线带压挂片拆装工具：参照或相当于RCS/EUOPCORR/SMARTCORR产品。RBS（活塞枪）型、RSL（螺杆枪）型，匹配伺服阀使用，完成在线带压挂片拆装更换工作，适用油气水环境，工作压力2500PSI/6000PSI以内。旋转式拆装工具系统，旋转工具系统旋转杆在枪体内。挂片拆装枪主要部件：内筒、外筒、适配器、固定杆、连接器、手柄、引流器、密封圈、固定螺丝、顶丝以及泄压阀和压力表等。 伺服阀主要部件：阀体、阀芯、O型圈、特氟隆阀芯固定圈，旁通阀和泄压阀等。
31	响应性评审标准	智能服务器	投标方承诺（承诺书自拟）供货时满足：IU服务器该数据传输至中控系统（DCS/SCADA/边缘数据中心），腐蚀监测数据通过 ModbusTCP/IP 或 Modbus RTU 协议传输至中控系统，并与中控系统兼通用，含中控转换器及转换终端，以满足监测系统部署到有限公司生产运营数据中心要求。
32	响应性评审标准	运输要求	汽运、海运、航空或其他

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	交货期	收到订单之日起30日内完成交货
34	响应性评审标准	一般指标	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
35	响应性评审标准	一般偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款（含合同条款）均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过5项，视为商务技术评议不合格。
36	响应性评审标准	基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息；
37	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	