

常州院矢量网络分析仪采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6119/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件分项报价表规定的格式和内容提供报价。
7	形式评审标准	选择性报价及备选投标方案	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
9	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
10	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天
11	形式评审标准	投标保证金	20000元。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	报价文件特征码的评审	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标，否决所有涉及投标人的投标，并在评标报告中予以描述。（否决依据是实施条例第四十条 [串通投标的认定]第（一）款规定）
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。其中带网站网址的查询（信用中国、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网）请投标人自行查询，并将查询结果放入投标文件内。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同金额为100万元及以上的仪器仪表设备的已完成的供货业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）销售合同复印件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签字或盖章）、制造商名称、货物名称及到货验收材料。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	信誉要求	1) 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图提供给招标人；2) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
17	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
18	响应性评审标准	付款条件和方法	银行电汇；验收合格后，卖方向买方开出货物总额100%的增值税专用发票，买方在收到发票45日内支付货物95%的费用，剩余5%的费用作为质保金，货物质保期（12个月）结束后卖方向买方提交付款申请且经买方签字确认后，45日内买方向卖方支付该笔费用。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
19	响应性评审标准	交货期	合同签订之日起3个月内完成。
20	响应性评审标准	交货地点	江苏省常州市钟楼区龙江中路22号
21	响应性评审标准	质量保证期	质保期自设备验收合格后12个月，质保金5%，若存在因质量问题导致的退货乙方无条件予以退货；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
23	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
24	响应性评审标准	技术性能指标： 矢量网络分析仪	1.有效方向性（15GHz处标称值） $\geq 45\text{dB}$ 2.有效源匹配（15GHz处标称值） $\geq 35\text{dB}$ 3.传输跟踪（15GHz处标称值） $\leq \pm 0.1\text{dB}$ 4.有效负载匹配（15GHz处标称值） $\geq 40\text{dB}$
25	响应性评审标准	技术性能指标： 反射率测试设备	1.测试频率：1.0 ~ 40.0GHz（天线分段 $\leq$ 两段覆盖、同一套设备上实现全频段测试、天线可切换）； 2.测试半径可调，行程1米； 3.天线极化电动调节； 4.样品尺寸：1~18GHz：300mm*300mm 18~40GHz：180mm*180mm；
26	响应性评审标准	技术性能指标： 自由空间法测试设备	1.测试频率：2.0 ~ 40.0GHz（天线分段 $\leq$ 两段覆盖、同一套设备上实现全频段测试、天线可切换）； 2.样品尺寸： 电磁参数：2~18GHz，300mm*300mm，18~40GHz，180mm*180mm，厚度1~20mm 透波参数：尺寸同上，厚度1~50mm
27	响应性评审标准	技术性能指标： 方同轴测试设备	测试频率：0.1 ~ 2.0GHz
28	响应性评审标准	技术性能指标： 波导传输反射法测试设备	1.测试频率：8.2 ~ 40.0GHz（分4段覆盖）； 2.样品形状：矩形片； 3.每段波导需配置单独的滑轨式快速测试装置，并无需螺钉固定； 4.每段波导均需配置单独的TRL校准件；
29	响应性评审标准	设备技术参数说明书	投标单位在投标时需设备技术参数说明书。
30	响应性评审标准	其他技术性能指标	符合第五章“供货要求”中第5条“技术要求”的要求
31	响应性评审标准	产品交付要求	提供设备说明书、合格证（投标时提供书面承诺书（（格式自拟）））。
32	响应性评审标准	安装调试	中标人负责派遣具有丰富安装经验、调试经验的技术服务人员进行现场安装调试。 投标时提供书面承诺书（（格式自拟））。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	培训	工程师现场对买方使用人员进行培训，培训内容应包括：设备结构、操作步骤、常见故障原因及排除、主要部件用途、易损件更换、日常保养等；培训以用户掌握设备的操作和日常维护为准。投标时提供书面承诺书（（格式自拟））。
34	响应性评审标准	售后服务	保修期内卖方接到设备维修通知后4小时内做出响应，48小时内提供维修服务和解决方案；质量保证期内若出现非人为原因的质量问题，卖方免费维修或更换；设备质保期外服务：超出质保期后设备5年内的有偿维护。以上提供书面承诺书（（格式自拟））
35	响应性评审标准	基本账户要求	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息,检查基本账户证明材料。
36	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除上述标星号项以外，其他均为一般项。一般项偏离累计达到3项，结论不合格。
37	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	