

气电集团2024年度城燃管道压力表采购(二次)评审细则

标段编号：CGP-24-CRH-JC-0001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性评审	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性评审	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性评审	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	符合性评审	报价有效期	报价截止日起【60】天内保持有效
8	符合性评审	商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
9	符合性评审	技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
10	符合性评审	价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求。
11	符合性评审	报价文件特征码	不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为报价人相互串通，否决所有涉及应答人的应答文件。
12	商务评议	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
13	商务评议	营业执照	【应答人必须具有独立的法人资格，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			证合一”)】。
14	商务评议	业绩	1) 2019年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准),投标人至少具备1份已完成的合同供货业绩,合同业绩供货数量不少于500块压力表。投标人须按规定格式提交业绩表,并提交相关业绩证明文件。 2) 业绩证明文件包括:业绩合同关键页(至少包括:合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、制造商名称、工作范围描述页、主要技术要求页)和服务完成证明文件(如:采购方与供应商签字的服务报告或结算发票等能够证明服务完成的材料)。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的,视为无效业绩。 3) 业绩认定时间:以采购方与供应商签字的服务报告签字时间或结算发票开具时间为准;如各方签字日期时间不一致,以最晚签字日期为准。
15	商务评议	资质	应答人应为具有独立法人资格的压力表制造商。
16	商务评议	财务要求	应答人须提供【应答人须提供经会计师事务所审计的2021-2023年度财务审计报告及财务报表,至少包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表(须加盖会计师事务所印章)。成立时间短于三年的应答人,应提供自成立时起的财务审计报告及财务报表。】。
17	商务评议	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
18	商务评议	联合体	不接受联合体投标
19	商务评议	合同总价	满足第六章标准合同第二条合同总价和付款要求
20	商务评议	付款	满足第六章标准合同第二 条合同总价和付款要求
21	商务评议	货物交付	满足第六章标准合同附件一:技术服务内容及要求的4. 工作范围。
22	商务评议	非 项	项为不可偏离项;其余商务评议标准超过【2项】有偏离,视为商务评议“不合格”。非 的合同条款偏离1条,视为1项商务偏离。
23	技术评议	工作范围	按照工作范围和技术要求清单提供货物,并负责设备运输。
24	技术评议	【质保期】	满足第四章工作内容及要求,须在应答文件中明确该应答内容。
25	技术评议	物资清单(名称	满足第四章工作内容及要求所列清单要求。须在应答文件中明确该应答内容。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		、规格、型号、功能、数量等）与技术要求一致	
26	技术评议	压力表材质要求	承诺材质为不锈钢316（表壳材质：316SS），表壳厚度应根据表盘规格、压力量程等提供可满足相应承压能力的表壳厚度的压力表，并提供一份满足以上要求自主制造的压力表材质报告。
27	技术评议	外壳防护等级	承诺外壳防护等级满足GB 4208 idt IEC529 IP65 级及以上（尘密、防强烈喷水），并提供一份满足以上要求自主制造的压力表外壳防护等级报告。
28	技术评议	过压能力	承诺所有仪表出厂前均按测量上限的至少 130%进行超压试验，并在校验中保证其能承受超过测量上限 25%的短时过压，而不会导致仪表损坏或失效，供货时须提供该批次的超压检验报告。
29	技术评议	等级认证	承诺满足要求并在供货时提供防护等级检验报告
30	技术评议	形式批准证书	具备有效的中华人民共和国计量器具型式批准证书，承诺供货时提供证书复印件，并承诺随压力表提供法定计量检定部门出具的检定证书，法定计量检定部门的授权区域应覆盖仪表的安装使用地
31	技术评议	进度计划	承诺合同签订后卖方30日内完成供货，所供压力表检定日期与发货日期不超15天。
32	技术评议	验收	承诺满足买方验收要求，符合工作范围和技术要求第8条要求。
33	技术评议	一般技术指标偏离	除关键技术指标外，其他一般技术指标偏离2项或以上的，投标将被否决。
34	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	