

气电集团2024年度AED除颤设备采购评审细则

标段编号：CGP-24-SZH-JC-0003/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查标准	应答文件上传	在中海油采办业务管理与交易系统对应位置上传应答文件。 即使中海油采办系统在信息公开模块要求上传部分文件，仍需将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置，如有不一致，以此处上传文件内容为准。
5	符合性审查标准	有效的授权书	符合《公开询价文件》要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查标准	报价函	提交有效报价函（符合第五章报价函格式，并由法定代表人或被授权人签署）。
7	符合性审查标准	报价有效期	报价截止日起120天内保持有效
8	符合性审查标准	商务文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.1条款要求。
9	符合性审查标准	技术文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.2条款要求。
10	符合性审查标准	价格文件完整性	符合《公开询价文件》第五章要求5.3条款要求。
11	商务评审标准	法定代表人身份证明及授权书	符合公开询价文件要求第五章格式要求
12	商务评审标准	营业执照	应答人须是符合下列条件的中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织： 应答人为企业的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			应答人为分公司的，应具有有效的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效； 应答人为事业单位的，应答人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书
13	商务评审标准	资质要求	报价人具有有效的医疗器械经营许可证。
14	商务评审标准	成立年限要求	须成立时间满1年（含1年）以上（提供世界或者国内首创产品的企业、市场无类似可替代产品的企业、或现有供应商因自身业务调整成立的全资/控股的子公司除外）。
15	商务评审标准	企业信誉	不存在报价须知前附表第11条的情形。
16	商务评审标准	联合体	不接受联合体报价
17	商务评审标准	合同标的	满足第六章标准合同第一条要求
18	商务评审标准	付款	满足第六章标准合同第三条要求
19	商务评审标准	权利保证	满足第六章标准合同第十条要求
20	商务评审标准	违约责任	满足第六章标准合同第十二条要求
21	商务评审标准	法律适用和争议解决	满足第六章标准合同第二十条要求
22	技术评审标准	抗跌落及放水要求	抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受 $\geq 1.5\text{m}$ 跌落冲击。防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别 IP55。
23	技术评审标准	除颤能量	能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。成人最大除颤能量可达 360J。以便于非专业医务人员使用。
24	技术评审标准	自检功能	具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。
25	技术评审标准	系统功能	支持对所安装的 AED 信息维护、性能状况适时监控等功能系统反馈功能:设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者:具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			馈;急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地理位置信息。
26	技术评审标准	工作温度范围	满足 -5C ~ 50C，且从室温环境下进入-20C 环境后，至少能工作 60 分钟。 提供说明书等证明文件。
27	技术评审标准	质保	整机质保5年。
28	技术评审标准	重量	机器自身具备便携把手，便于携带。重量 ≤ 2.6kg（含电极片和电池）。
29	技术评审标准	数据存储	可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）数据等。
30	技术评审标准	注册证	提交的货物需取得医疗器械注册证。提供有效的注册证书。
31	技术评审标准	进度计划	收到买方发货通知后，15日内送达指定地址。
32	技术评审标准	屏幕要求	不小于 5 英寸彩屏，屏幕分辨率不低于 780 × 480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，心肺复苏（CPR）等操作，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。
33	技术评审标准	智能环境除噪	根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。
34	技术评审标准	数据导出	支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。
35	技术评审标准	售后服务	提供 24 小时售后上门服务，售后服务期限不少于5年。
36	技术评审标准	验收方式	到货验收：货物到货检验货物外观及性能，通过买方验收后签发到货验收记录。 质保验收：货物质保期（1年）满且卖方收到买方签发的质保期验收记录。
37	价格评审	投标报价算术修正	接受按照本报价邀请文件投标须知《第三章 应答文件的评审》第3.3条约定执行即为合格。
38	价格评审	缺漏项调整	接受按照本报价邀请文件投标须知《第三章 应答文件的评审》第3.3条约定执行即为合格。
39	价格评审	评标价格计算方法（不含税）	接受以下算数修正方式为合格： 评标价格（不含税）=投标报价+报价算术修正+全部偏差价格调整
40	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	