

江苏LNG2024-2026年实验室气相色谱仪维保及小型仪器维修服务评审 细则

标段编号：CGP-24-LNGF-JSLNG-0004/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性审查	应答文件上传	应答文件制作要求：应答人应将商务文件、技术文件和价格文件上传至系统“上传操作”位置。 公开信息模块内容和应答文件如有不一致，以应答文件内容为准。
5	符合性审查	有效的授权委托书	符合《公开询价文件》第五章授权委托书格式要求（如法定代表人直接签署，则无需提供）。
6	符合性审查	报价函	提交有效报价函（符合第五章应答文件内容及格式中报价函的格式要求）。
7	符合性审查	商务文件完整性	商务文件的组成（以商务文件目录为准）与第五章5.1商务文件内容及格式中的目录（一级）一致。
8	符合性审查	技术文件完整性	技术文件的组成（以技术文件目录为准）与第五章5.2技术文件内容及格式中的目录（一级）一致。
9	符合性审查	价格文件完整性	价格文件的组成（以价格文件目录为准）与第五章5.3价格文件内容及格式中的目录（一级）一致；价格文件中报价表明细的项目名称、数量、单位和价格文件内容及格式中报价表明细的项目名称、数量、单位一致。
10	符合性审查	报价文件特征码	若发现不同应答人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为应答人相互串通投标，否决所有涉及应答人的投标。
11	商务评议	营业执照	应答人为企业的，应答文件中的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）合法有效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			应答人为分公司的，应答文件中的营业执照（“三证合一”或“五证合一”）和总公司合法授权书合法有效。总公司与分支机构只可一家参与应答，同时参与应答视为应答无效；应答人为事业单位的，应答文件中的事业单位法人证书合法有效。
12	商务评议	业绩	应答文件中业绩要求： 1）应答人自2019年1月1日起至投标截止日，应具有至少1项已完成的化学实验室维保服务业绩。 2）业绩证明文件包括：业绩合同关键页（至少包括：合同首页、双方签字盖章页、合同签订日期页、工作范围描述页）和服务完成证明文件（如：采购方与供应商签字的服务完成报告或结算发票等能够证明服务完成的材料）。如业绩合同为框架协议或长期协议等以单价结算的订单方式执行的合同，则该协议视为1项服务合同业绩，业绩证明文件应至少提供1项已完成的订单扫描件及订单所对应的服务完成的证明材料。未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。 3）业绩认定时间：以服务完成报告时间或结算发票开具时间为准；如时间不一致，以最晚时间为准。 应答文件中的业绩符合以上要求视为合格。
13	商务评议	财务报表	应答文件中有2021年-2023年经会计师事务所或审计机构审计的无保留意见的财务审计报告（成立时间不足三年应提供自成立之日起至2023年），该报告至少包括加盖公章会计师事务所印章的审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。
14	商务评议	不得存在的情形	不存在报价须知前附表第11条的情形。
15	商务评议	是否联合体报价	非联合体报价。
16	商务评议	合同总价和支付	对第六章标准合同的合同书第二条 合同价款要求没有提出任何的偏离或异议。
17	商务评议	工作变更	对第六章标准合同的通用条款第十六条 工作变更要求没有提出任何的偏离或异议。
18	商务评议	违约责任	对第六章标准合同的专用条款第十一条 违约责任要求没有提出任何的偏离或异议。
19	商务评议	合同其他条款	第六章标准合同非 条款偏离1条，视为1项一般商务偏离。
20	商务评议	非 项	项为不可偏离项；其余商务评审项 ≥ 2 项有偏离，视为商务评议“不合格”。
21	技术评议	工作范围及要求	工作范围包含以下内容： 1、实验室AC色谱仪维保服务工作范围与要求：1）AC色谱仪维保服务内容包括“年度预防性维护保养”服务和“临时突发性维修”服务。江苏LNG实验室气相色谱

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			谱仪目前设备性能良好，依据所使用的频率不同，色谱仪常用耗材工作年限为3-5年。色谱仪的维保采用包干制，在色谱仪的维保过程中所产生的全部费用均由应答人负责，色谱仪关键备件按需发生，耗材（气体过滤器）每两年更换一次，进样管线及接头每次维保进行检查，如有损坏及时更换。 2) 应答人向采购人提供安捷伦色谱仪的“年度预防性维护保养”服务，应答人应每半年派出经验丰富的工程师到现场开展工作，在工作结束后，应答人需依据维护的情况提交维护服务报告，并对遗留项逐项给出整改建议，负责遗留项的整改。 3) 应答人向采购人提供安捷伦色谱仪的“临时突发性维修”服务，检修完成后提供检修服务报告。 4) 应答人所派出的专业技术人员应具有5年及以上的色谱仪维护保养服务工作经验，应答人服务人员应严格遵守采购人规章制度，遵守采购人健康安全环保（HSE）协议书（详见附件2）及其他相关管理标准。 5) 工程量：计划每年2次“年度预防性维护保养”，预计每年2次“临时突发性维修”。 2、实验室小型仪器维修服务工作范围与要求：1) 小型仪器的维修服务包括：小型仪器的维修(包括相关配件的更换)，小型仪器维修之后的标定并提供标定证书，小型仪器维修之后运输至江苏LNG接收站现场(包括运输的保险)。 2) 由于小型仪器品牌型号众多，需要应答人分别找到仪器厂家进行维修服务。当采购人人员发现仪器故障后，由应答人联系该等小型仪器的厂家提供24小时电话支持，采购人人员将与厂家工程师远程沟通仪器故障情况，厂家工程师需为排除故障提供远程指导。如采购人人员按指导处理后仍不能解决该等小型仪器故障，江苏LNG接收站技术人员将故障的小型仪器邮寄给应答人，并为应答人提供必要的故障信息和仪器设备相关资料，由应答人负责统一协调厂家进行维修工作。如遇到无法处理的故障，应答人需协调厂家继续派遣更高水平的工程师进行维修，直到维修完成为止，一次仪器故障处理完成恢复正常使用算一次服务。 3) 在履行本合同过程中，因实施维修所发生的合同外的一切费用或因维修失败所造成的损失，由应答人承担。维修后的仪器至少在一年内不会因同一故障原因发生故障，若在协定的时间内发生故障，应答人无偿进行修复。应答人承诺必须安排有资质的维修人员进行维修。 4) 工程量：每年维修的仪器数量不定，根据实际损坏的情况进行维修。应答文件中所列的“工作范围及要求”至少包含以上内容视为合格。
22	技术评议	进度要求	进度要求为： 1、当色谱仪出现紧急故障需乙方到场处理时，应答人在30分钟内电话响应，一般在72小时之内至少派遣1名工程师将赶到现场排除故障。 2、小型仪器维修服务每次服务需在收到采购人通知后30个工作日内完成当次服务的全部工作，确保仪器检修完成。 应答文件中所列“进度计划”的周期不长于以上要求视为合格。
23	技术评议	交付形式	交付形式为： 1、安捷伦色谱仪：由应答人指派人员在采购人现场进行“年度预防性维护保养”和“临时突发性维修”，完成后由应答人出具相关工作报告。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2、小型仪器：应答人完成维修后将仪器及标定证书送达中海油江苏天然气有限责任公司（盐城市滨海港工业园区海油路南侧）。 应答文件中的“交付形式”与以上内容一致视为合格。
24	技术评议	验收方式	1、安捷伦色谱仪：“年度预防性维护保养”完成后，由应答人出具服务报告，服务报告经甲方认可后，签署《工作验收单》；“临时突发性维修”完成后，由应答人出具服务报告，服务报告经采购人认可后，签署《工作验收单》。 2、小型仪器：采购人收到维修完成的小型仪器后，安排技术人员对该小型仪器进行验收。技术人员对标定证书进行确认，并对该小型仪器进行现场测试，提出验收意见。如通过验收，签署《工作验收单》。如该小型仪器缺少标定证书，或现场测试无法正常使用，则采购人拒绝通过该小型仪器的验收，并联系应答人按要求处理相关问题，直至验收合格，签署《工作验收单》（详见附表1）。应答文件中所列的“验收方式”符合以上内容视为合格。
25	技术评议	其他	项为不可偏离项；其余技术评审项≥2项有偏离，视为技术评议“不合格”。
26	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	