

油服天津技术-实验中心化学药剂采购-20241217评审细则

标段编号：1037-224-songhua-20241217-001/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	符合性检查	投标书	按要求上传商务、技术、价格标书。
6	符合性检查	联合体投标人	不允许联合体投标。
7	符合性检查	备选投标方案	不接受备选投标方案。
8	符合性检查	选择性报价	不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	符合性检查	分包要求	不允许分包。
10	符合性检查	关联关系	法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
11	符合性检查	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
12	商务评审	报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书和身份证明；
13	商务评审	报价文件格式	符合附件3：报价单格式的规定；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
14	商务评审	报价有效期	报价截止之日起【120】天内保持有效；
15	商务评审	资质要求	1、营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 2、信誉要求：近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为。为便于投标人复核，投标人应自行登录“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪档案信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人。 3、投标人被拒绝情形：1）投标人自2020年1月1日起至投标截止时间止（以问题书面认定材料出具时间为准）出现重大质量问题，且经过官方机构或第三方权威机构调查并出具了明确的书面证据，认定应由投标人承担重大质量问题责任并对投标人进行处理的；2）投标人或投标人本次招标相关某类产品/业务范围被中国海洋石油集团有限公司或本次招标的所属单位禁用的；在处罚期或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”或“业务状态”为“冻结”的；3）投标人a)处于责令整顿、停业或b)财产已被接管、冻结或c)处于破产状态的；4）投标人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单；5）投标人在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；6）投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；7）投标人与本招标项目其他投标人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的；8）投标人与招标人、招标机构有利害关系且可能影响招标公正性的；9）投标人存在危害国家安全和损害中海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。 以上所述投标人包括联合体成员以及代理投标情形下的制造商。 4、投标人须具备危化品经营许可证，投标时需提供许可证书等原件扫描件（原件备查），危化品经营许可证经营范围需包含此次采购的危化品物资。
16	商务评审	财务报表	投标人须提供最近三年财务报表（如成立不满三年，提交成立之日起至今的）
17	商务评审	社会保障资金的良好记录	递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。无法提供的应提交相关说明，并提供证明材料。
18	商务评审	业绩要求	投标人须提交相关1份业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（国内合同应有双方盖章）、名称、货物名称、项目名称及到货验收材料。
19	商务评审	付款条款	银行电汇。卖方在实际交付货物并经过双方确认后【60】日内向买方提供有效税务发票，买方在收到有效税务发票并审核无误后60天内支付合同价款的100%。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
20	商务评审	交货地点	发货前30天确认货物抵达具体地点，按照招标人要求，在规定时间内将所有试剂运至天津塘沽、海南海口、深圳惠州指定场地。
21	商务评审	交货期	合同签订后4个月内完成试剂验收工作，或征得招标人同意后方可延期。
22	商务评审	投标人承诺书	投标时提供投标人承诺书
23	商务评审	中小企业声明函	投标人投标时须提供自身中小企业声明函（不是中小企业也需要盖章说明）。
24	商务评审	质保要求	质量保证期指签发合同货物初步验收证书之日起12个月（签最终验收证书）或发运的最后一批货物到货之日起12个月，二者以后到日期为准。
25	商务评审	适用法律和仲裁	适用中国法律。仲裁机构：天津仲裁委员会；仲裁地点：天津市。仲裁应根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。除仲裁庭另有裁决外，仲裁费用由败诉方承担。
26	商务评审	其他商务评审内容1	由于质量和延误到货而造成的问题，供应商应无条件进行更换或处理，接受相关惩罚条件。
27	技术评审	总体技术要求评审项1	全部供货试剂应是未经开封使用的正品，并携带相应的MSDS。
28	技术评审	标准黏度油1	容量 ≥ 250mL/瓶；标准物质级别应为GBW；标准物质粘度约为10000mPa s。
29	技术评审	标准黏度油2	容量 ≥ 250mL/瓶；标准物质级别应为GBW；标准物质粘度约为5000mPa s。
30	技术评审	标准黏度油3	容量 ≥ 250mL/瓶；标准物质级别应为GBW；标准物质粘度约为500mPa s。
31	技术评审	氯化钾电导率溶液标准物质1	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质25 标准值约为1400uS/cm。
32	技术评审	氯化钾电导率溶液标准物质2	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质25 标准值约为140uS/cm。
33	技术评审	邻苯二甲酸氢钾pH标准物质	容量 ≥ 10支/盒；标准物质级别至少为GBW(E)。
34	技术评审	混合磷酸盐pH标准物质	容量 ≥ 10支/盒；标准物质级别至少为GBW(E)。
35	技术评审	硼砂pH标准物质1	容量 ≥ 10支/盒；标准物质级别至少为GBW(E)。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
36	技术评审	盐酸标准溶液	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质浓度约为0.1mol/L。
37	技术评审	水中溶解性固体总量标准物质	容量 ≥ 20mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)。
38	技术评审	水中氟离子溶液标准物质	容量 ≥ 50mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质浓度约为1000mg/L，基质为水。
39	技术评审	水中氯离子溶液标准物质	容量 ≥ 20mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质浓度约为100mg/L。
40	技术评审	水中硫酸根成分分析标准物质	容量 ≥ 20mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质浓度约为100mg/L。
41	技术评审	水中氟离子、氯离子、硝酸根、硫酸根成分分析标准物质	容量 ≥ 100mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质中各离子浓度在10-50mg/L范围内。
42	技术评审	水中钾、钠、钙、镁成分分析标准物质	容量 ≥ 100mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质中各离子浓度在2-60mg/L范围内。
43	技术评审	5种阳离子混标1	容量 ≥ 100mL/瓶；标准物质级别至少为BW；基质为水。
44	技术评审	5种阳离子混标2	容量 ≥ 50mL/瓶；标准物质级别至少为BW；标准物质中各离子浓度约为100mg/L，基质为水。
45	技术评审	水中锂离子标准物质	容量 ≥ 50mL/瓶；标准物质级别至少为BW；基质为水。
46	技术评审	钠单元素溶液标准物质	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质浓度约为1000mg/L，基质为水。
47	技术评审	钾单元素溶液标准物质	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质浓度约为1000mg/L，基质为水。
48	技术评审	钙单元素溶液标准物质	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质浓度约为1000mg/L，基质为水。
49	技术评审	镁单元素溶液标准物质	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW(E)；标准物质浓度约为1000mg/L，基质为水。
50	技术评审	乙酸铵	容量 ≥ 500g/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
51	技术评审	邻菲罗啉	容量 ≥ 10g/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR）。
52	技术评审	盐酸羟胺	容量 ≥ 100g/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR）。
53	技术评审	硅酸镁	容量 ≥ 500g/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR）。
54	技术评审	钠石灰	容量 ≥ 500g/瓶；试剂级别 ≥ 化学纯（CP）。
55	技术评审	无水氯化钙颗粒	容量 ≥ 500g/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR）。
56	技术评审	氯化钠	容量 ≥ 500g/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR），纯度 ≥ 99%。
57	技术评审	钡单元素溶液标准物质	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别 ≥ GBW(E)；标准物质浓度约为100mg/L。
58	技术评审	钡单元素溶液标准物质1	容量 ≥ 20mL/瓶；标准物质级别应为GBW；标准物质浓度约为1000g/mL，基质为1%硝酸。
59	技术评审	氢氧化钠标准溶液1	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为0.5mol/L。
60	技术评审	氢氧化钠标准溶液2	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为1mol/L。
61	技术评审	盐酸标准溶液1	容量 ≥ 1000mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为0.5mol/L。
62	技术评审	碘标准溶液	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为0.1mol/L。
63	技术评审	硫代硫酸钠滴定溶液标准物质	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为分析纯（AR）；标准物质浓度约为0.1mol/L。
64	技术评审	闭口闪点标准物质	容量 ≥ 250mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质温度范围为55 ~ 65 。
65	技术评审	凝点标准油	容量 ≥ 250mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质温度约为-45 。
66	技术评审	倾点标准油	容量 ≥ 250mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质温度约为-7 。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
67	技术评审	钠基膨润土	容量 ≥ 500g/瓶；钠基膨润土含量 ≥ 90%。
68	技术评审	变色硅胶	容量 ≥ 500g/瓶。
69	技术评审	pH标液1	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质pH值约为4。
70	技术评审	pH标液2	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质pH值约为7。
71	技术评审	pH标液3	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质pH值约为10。
72	技术评审	开口闪点标准物质	容量 ≥ 280mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质温度范围为55-65。
73	技术评审	乙二醇	容量 ≥ 500mL/瓶；标准物质级别至少为分析纯（AR）。
74	技术评审	锶单元素溶液标准物质1	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为100mg/L。
75	技术评审	锶单元素溶液标准物质2	容量 ≥ 50mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为1000mg/L。
76	技术评审	水中氟离子溶液标准物质1	容量 ≥ 50mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为100mg/L。
77	技术评审	水中氟离子溶液标准物质2	容量 ≥ 20mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为1000mg/L。
78	技术评审	硼砂pH标准物质2	容量 ≥ 10支/盒；标准物质级别至少为GBW（E）。
79	技术评审	钙单元素溶液标准物质1	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为100mg/L。
80	技术评审	钾单元素溶液标准物质1	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为100mg/L。
81	技术评审	镁单元素溶液标准物质1	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为100mg/L。
82	技术评审	钠单元素溶液标准物质1	容量 ≥ 80mL/瓶；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为100mg/L。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
83	技术评审	水中溴离子溶液标准物质	容量 $\geq 20\text{mL/瓶}$ ；标准物质级别至少为色谱纯；标准物质浓度约为 100mg/L 。
84	技术评审	水中锂离子溶液标准物质	容量 $\geq 80\text{mL/瓶}$ ；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为 100mg/L 。
85	技术评审	水中钠离子成分分析标准物质	容量 $\geq 80\text{mL/瓶}$ ；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为 100mg/L 。
86	技术评审	水中钾离子溶液标准物质	容量 $\geq 80\text{mL/瓶}$ ；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为 100mg/L 。
87	技术评审	水中钙成分分析标准物质	容量 $\geq 80\text{mL/瓶}$ ；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为 100mg/L 。
88	技术评审	水中镁成分分析标准物质	容量 $\geq 100\text{mL/瓶}$ ；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为 100mg/L 。
89	技术评审	水中硫酸根成分分析标准物质 ¹	容量 $\geq 20\text{mL/瓶}$ ；标准物质级别至少为GBW（E）；标准物质浓度约为 100mg/L 。
90	技术评审	闭口闪点标样	容量 $\geq 250\text{mL/瓶}$ ；标准物质级别至少为GBW；标准物质温度约为 72.5 。
91	技术评审	钠基膨润土 ¹	容量 $\geq 500\text{g/瓶}$ ；钠基膨润土含量 $\geq 90\%$ 。
92	技术评审	无水乙醇	容量 $\geq 500\text{mL/瓶}$ ；试剂级别 $\geq$ 分析纯（AR）。
93	技术评审	乙醇	容量 $\geq 500\text{mL/瓶}$ ；体积分数为 95% ；试剂级别 $\geq$ 分析纯（AR）。
94	技术评审	正庚烷	容量 $\geq 500\text{mL/瓶}$ ；试剂级别 $\geq$ 分析纯（AR）。
95	技术评审	石油醚 ¹	容量 $\geq 500\text{mL/瓶}$ ；试剂级别 $\geq$ 分析纯（AR）；馏程为 $60 \sim 90$ 。
96	技术评审	石油醚 ²	容量 $\geq 500\text{mL/瓶}$ ；试剂级别 $\geq$ 分析纯（AR）；馏程为 $90 \sim 120$ 。
97	技术评审	氢氧化钾	容量 $\geq 500\text{g/瓶}$ ；试剂级别 $\geq$ 分析纯（AR）。
98	技术评审	二甲苯	容量 $\geq 500\text{mL/瓶}$ ；试剂级别 $\geq$ 分析纯（AR）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
99	技术评审	无水煤油	容量 ≥ 500mL/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR）。
100	技术评审	标准气体	容量 ≥ 4L/瓶；最大压力为0.5MPa。
101	技术评审	盐酸1	容量 ≥ 500mL/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR）。
102	技术评审	盐酸2	容量 ≥ 500mL/瓶；试剂级别应为优级纯（GR）。
103	技术评审	甲苯	容量 ≥ 500mL/瓶；试剂级别 ≥ 分析纯（AR）。
104	技术评审	一般商务技术条款偏离	除了以上加星号的评审条款外，招标文件中的其他评审条款（包含技术规格书要求）均为一般评审条款，一般评审条款偏离数量累计到达3项及以上的，视为响应性评审不合格。
105	技术评审	响应满足要求	未明确要求提供证明文件的评审项，如在响应表中进行响应满足，且未提供偏离文件，视为满足相关条款。
106	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价	