

海油发展超高效液相色谱/飞行时间质谱联用仪采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-7485/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选投标方案。
8	形式评审标准	投标有效期	自截标之日起120天
9	形式评审标准	投标保证金	40000.00元。符合投标人须知前附表3.4.1的规定，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	报价文件特征码的评审	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标，并在评标报告中予以描述。
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	联合体投标人	本次招标不允许联合体投标。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	信誉要求	1.投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；2.投标人自 2021年 1月 1日起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时”提供给招标人；3.投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
16	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
18	响应性评审标准	投标内容	符合第五章“供货要求”的规定
19	响应性评审标准	交货期	交货日期合同签订后90日内。
20	响应性评审标准	交货地点	江苏省常州市钟楼区龙江中路22号国恒信（常州）检测认证技术有限公司物化楼2楼。
21	响应性评审标准	质保期	货物的质保期为自设备验收合格后12个月。到货验收不合格，无条件退货。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	验收合格后，卖方向买方开出货物总额100%的增值税专用发票，买方在收到发票后45日内电汇支付货物95%的费用，剩余5%的费用作为质保金，于货物质保期（12个月）结束后卖方向买方提交付款申请且经买方签字确认后，45日内买方向卖方支付该笔费用。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
23	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
24	响应性评审标准	技术指标（离子	投标人承诺并出具承诺函：离子源采用一级锥空设计，非毛细管接口，并采用气帘

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		源)	气反吹气接口技术。适用于100%有机相到100%水相流动相范围。
25	响应性评审标准	技术指标(质量分析器)1	投标人承诺并出具承诺函:碰撞气只需氮气发生器供应,无需氩气氦气等其它气体。
26	响应性评审标准	技术指标(质量分析器)2	投标人承诺并出具承诺函:质量稳定性:<1ppm RMS/12个小时,正常样品测试过程,无需实时校正/调谐。
27	响应性评审标准	技术指标(质量分析器)3	投标人承诺并出具承诺函:高通量MRMHR功能:高分辨MRM定量能力,成熟便捷的软件方法设置;定性定量数据可以在一个窗口界面显示;可以实现高分辨筛查结果(母离子、子离子、碰撞能量、离子源参数)与三重四极杆定量质谱方法的拷贝或转移(数十种非法添加同时高分辨定性定量)。
28	响应性评审标准	技术指标(操作软件及数据应用软件)1	投标人承诺并出具承诺函:具有实时动态背景扣除功能:含表面活性剂、含氟化合物、非法添加的涂料有害物质,一次进样,能获得高质量获取的一级MS和二级MS/MS质谱图,有效排除本底噪音的干扰,可以快速区分响应强度<500cps的同分异构体化合物(如扑灭通和特丁通)。
29	响应性评审标准	操作软件及数据应用软件2	投标人承诺并出具承诺函:配备MS/MS质谱数据库:超过2000多种标品建立的二级数据库(含全合一、表面活性剂、含氟化合物、农残,非法添加物、抗生素、中药、天然产物、毒素等)。
30	响应性评审标准	技术服务与售后服务	1. 安装、调试指导要求:负责安装,同时需要安排专业的技术人员进行现场安装培训。 2. 技术培训要求:原厂分析中心培训4人次 3. 技术联络与响应:仪器的保修期,为甲方对仪器验收合格签字之日起1年。保修期内,若仪器发生质量问题,则由卖方负责解决,不应收取任何费用。在保修期内出现的设备质量问题,先由经仪器培训过的甲方人员自行处理,若仍不能解决问题,则卖方应在工作日24小时内对用户的服务要求做出响应,如果需要上门服务,保证在5个工作日内到达用户现场处理。
31	响应性评审标准	产品交付技术文件要求	设备说明书、合格证
32	响应性评审标准	产品包装	产品需包装完好,包装应采用防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动、防野蛮装卸及防止其它损坏的必要保护措施,保证产品能够经受多次搬运、装卸内陆长途运输。
33	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了上述星号条款外,招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款(含合同条款,例如合同第5.1款偏离,则视为1项偏离),一般商务技术条款偏离超过3项(不含3项),视为商务技术评议不合格。
34	响应性评审标准	算术修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			, 按照前款规定的顺序修正, 即按照上述 a 至 d 项的顺序, 逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价, 投标人不确认的, 其投标无效
35	响应性评审标准	税率偏离调整	本项目增值税率为: 13%。
36	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	投标报价评审	是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	