

滨州天然气处理厂气相色谱仪设备采购评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6442/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
10	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
11	形式评审标准	投标有效性	投标截止之日起180 天内保持有效。
12	形式评审标准	投标保证金	3万元人民币。应符合投标人资料表中3.5 (a)和3.4.1 条款内容及11【或10.3】需要补充的内容。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知投标资料表中的1.4.3和3.1.1”规定的任何一种情形。
15	形式评审标准	投标文件报价格式	要求投标人应按招标文件附件分项报价表规定的格式和内容提供报价。
16	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
18	资格评审标准	资质要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商。本次招标不接受代理商投标。
19	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计事务所审计的（2020-2022年）年度审计报告及财务报表，至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。成立时间少于三年的投标人，应提供自成立以来的经审计的财务报表。
20	资格评审标准	业绩要求（开标时需信息公开）	2013年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少两个与本次投标产品类似的实验室仪器设备的销售业绩。 （1）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（内容至少包括：合同首页、签字盖章页、签署时间、制造商名称、货物名称及数量、测量原理）和2）到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或使用方出具的有效证明文件）。 （2）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	公开信息评审	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
22	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项和第五章“供货要求”的规定
24	响应性评审标准	交货期	如果交货期超过基础时间四周（基础时间为2024年1月15日货到天津市滨海新区塘沽街道渤海石油路688号东四路供应一号门五号码头院内A3库，预计授标时间为2023年12月15日），则视为非响应性投标而予以否决。
25	响应性评审标准	交货地点	滨州天然气处理厂到货地点为天津市滨海新区塘沽街道渤海石油路688号东四路供应一号门五号码头院内A3库。
26	响应性评审标准	技术性能指标	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
27	响应性评审标准	权利义务	符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
28	响应性评审标准	投标设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
29	响应性评审标准	技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定
30	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
31	响应性评审标准	进样系统、分离系统、检测系统、数据处理系统、大体积辅助阀箱（用于天然气和液化石油气组成测定）	保留时间重现性：<0.0008min； 柱温箱操作温度范围：室温以上3 到450 ； 电子压力控制：压力范围：0~1050kPa； 进样口、检测器采用模块化设计； FID检测器最低检测限（MDL）：<1.2 pg C/s； TCD检测器最低检测限（MDL）：<400 pg 十三烷/mL
32	响应性评审标准	进样系统、分离系统、检测系统、数据处理系统、大体积辅助阀箱（用于食品级CO2中总烃和总硫测定）	保留时间重现性：<0.0008min； 柱温箱操作温度范围：室温以上3 到450 ； 电子压力控制：压力范围：0~1050kPa； 进样口、检测器采用模块化设计； SCD检测器灵敏度：<0.3 pgS/s； FID检测器最低检测限（MDL）：<1.2 pg C/s
33	响应性评审标准	进样系统、分离系统、检测系统、数据处理系统、紧凑型辅助阀箱（用于食品级CO2中苯含量和贫富胺液的	保留时间重现性：<0.0008min； 柱温箱操作温度范围：室温以上3 到450 ； 电子压力控制：压力范围：0~1050kPa； 进样口、检测器采用模块化设计； TCD检测器最低检测限（MDL）：<400 pg 十三烷/mL； FID检测器最低检测限（MDL）：<1.2 pg C/s；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		测定)	
34	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
35	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	