

石化工程-海南LNG二期项目-LNG取样分析系统评审细则

标段编号：SGXMDY262958/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
9	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的。 b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。 d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。 e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效。
11	形式评审标准	投标保证金	1、投标保证金金额：100000元，2、投标保证金的形式：纸质保函,银行电汇,电子保险。3、境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。4、投标人应将保函原件密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件，以及在中国海油供应链数字化平台中完成“保函提交”操作。未在投标截止时间前将保函正本按照招标公告中的地址递交给招标机构将视为未按规定递交投标保证金。5、符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。
12	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
13	形式评审标准	投标人不存在的存在的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形
14	形式评审标准	投标报价格式	投标人报价格式应当符合第六章“投标文件格式”-“分项报价表”规定，并严格按照“分项报价表”样式报价，未按格式报价其投标将被否决。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。如果投标人为境外注册公司，需提供有效的公司登记注册证明。
16	资格评审标准	资质要求1	如果投标人提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其本次投标提供该货物的合法正式授权。投标人将被授权的货物再授权给其他投标人同时参与投标的，相关的所有投标将被拒绝。
17	资格评审标准	资质要求2	投标人及制造商（至少包括：LNG分析取样系统、在线色谱分析、在线水露点分析、烃露点分析仪、在线H2S分析仪的制造商）应具有有效的 GB/T19001 或 ISO9001 质量保证体系认证证书。投标时提供证书原件扫描件（原件备查）或提供承诺函。
18	资格评审标准	业绩要求	2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投取样系统的制造商应具有至少1个合同的连续型LNG取样系统的供货业绩，业绩中需至少包含卸船LNG取样系统。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：销售合同复印件（含相关技术附件，至少体现以下内容：合同首页、签字盖章页、合同签署时间、项目名称、货物名称、供货数量、设备规格）和到货验收证明材料（货物验收单或结算清单或入库单或结算发票）。未提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述信息的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022年至2024年度审计报告及财务报表，包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表（须加盖会计师事务所或审计机构印章），且至少有两年的净利润大于零。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告及财务报表，且每年净利润大于0。
20	资格评审标准	投标承诺书	投标人需按第六章投标文件构成中的十二、《投标承诺书》格式提供投标承诺书，否则将被否决。
21	响应性评审标准	质保期	全部合同设备到货检验合格后36个月或安装调试合格后24个月，以先到者为准。
22	响应性评审标准	履约保函	本合同生效后【30】日内，卖方应向买方提交金额为合同总价【10%】，由买方认可的商业银行出具的、见索即付、不可撤销的履约保函。履约保函应自出具之日起生效，有效期至【全部货物到场】后第【三十一（31）】日。
23	响应性评审标准	付款条件	货物现场验收合格后支付至合同总价的70%的到货款，全部货物完成安装且调试验收合格后支付25%的验收款，质保期届满且经买方已经确认货物无质量问题后，支付5%的质保款或质保函。
24	响应性评审标准	合同关键条款	合同条款及格式中，“法律适用和争议解决”、“违约责任”不允许偏离。
25	响应性评审标准	交货期	合同签订后8个月内。买方有权提前通知并要求卖方调整交货日期，卖方应根据调整后的交货日期交货。除非卖方有证据证明买方调整交货日期实质性加重卖方义务，否则卖方不得另行向买方主张增加费用。
26	响应性评审标准	交货地点	海南省儋州市洋浦经济开发区滨海大道75号国家管网海南LNG有限公司项目现场。
27	响应性评审标准	其它要求	投标人需使用国家管网集团建设资金管理区块链信息系统进行全过程资金支付和管理（如招标人要求使用，投标人需按本条款要求执行），具体要求详见附件《国家管网集团建设资金管理区块链信息平台用户上链协议》
28	响应性评审标准	强制认证符合性要求1	防爆等级不应低于数据单要求，投标人应提供国家防爆产品认证机构颁发的有效的防爆产品防爆合格证。
29	响应性评审标准	强制认证符合性要求2	国内外在线H2S分析仪均应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书。
30	响应性评审标准	技术要求1	LNG取样探头满足过冷度要求，提供过冷度计算书和工厂盖章的有效计算书承诺函。
31	响应性评审标准	技术要求2	LNG取样探头法兰尺寸及等级满足数据单要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	技术要求3	在线色谱分析仪原理及准确度满足数据单要求。
33	响应性评审标准	技术要求4	取样管线应采取真空绝热或者过冷保冷等方式进行可靠的保冷，防止外界环境对取样的影响。
34	响应性评审标准	一般商务指标偏差	除招标文件规定的实质性要求、条款（号条款）和DEC技术规格书中不适用的部分外，其它一般商务指标（含合同条款，合同部分：按合同文本的二级条款计算，如第二部分专用条款 第二条2.1记为一项偏离）偏离数量累计 3项，视为商务响应性评审不合格，其投标将被否决。
35	响应性评审标准	一般技术指标偏差	除招标文件规定的实质性要求、条款（号条款）和DEC技术规格书中不适用的部分外，其它一般技术指标（含“第五章 供货要求”，供货要求内五级序号层级为计算单位，如技术规格书中1.DEC-NGP-S-IS-009-2020-1输气管道工程在线色谱分析仪技术规格书第6条技术要求中第6.2条款f) 色谱柱应是易于更换的标准产品，供货商应提供更换色谱柱方法的详细说明、注意事项，记为一项偏离；数据单中一项不满足，记为一项偏离）偏离数量 3项，视为技术响应性评审不合格，其投标将被否决。
36	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应按招标文件第六章所附承诺书格式（廉洁诚信承诺、信用承诺、承诺函、不参与串通投标、弄虚作假承诺书、关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明、投标承诺书）提供相应承诺书，否则将导致投标被否决。
37	响应性评审标准	自主可控产品要求	投标人投标时应承诺中标后提供的软件产品、硬件产品应满足招标文件附件《自主可控招标要求》。承诺应包括但不限于：台式机、网络设备、操作系统、其他软件自主可控招标要求的内容，承诺书格式自拟。
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	