

2026～2029年富岛公司电仪部化肥一、二期质谱仪维护保养服务评审细则

标段编号：HXCF-260110/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	供应商名称	与三证合一营业执照、资质证书一致
6	投标有效性	响应文件签字盖章	响应函有法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。由代理人签字的，应附授权委托书，授权委托书应符合第六章响应文件格式的规定。响应文件其他内容按格式要求签字或加盖公章。
7	商务评议	资格要求	符合第一章第3.1条及供应商须知前附表第3.5(1)款规定
8	商务评议	资质要求	符合第一章第3.1条及供应商须知前附表第3.5(2)款规定
9	商务评议	业绩要求	符合第一章第3.1条及供应商须知前附表第3.5(3)款规定
10	商务评议	财务要求	符合第一章第3.1条及供应商须知前附表第3.5(4)款规定
11	商务评议	信誉要求	符合第一章第3.1条及供应商须知前附表第3.5(5)款规定
12	商务评议	人员要求	符合第一章第3.1条及供应商须知前附表第3.5(6)款规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	商务评议	其他要求	符合第一章第 3.1 条及供应商须知前附表第3.5(7)款规定
14	商务评议	不存在第一章第 3.2 款情形	符合第一章第 3.2 条及供应商须知前附表第3.5(8)款规定
15	技术评议	原厂备件要求	投标人提供的备件，必须是符合维护要求的ThermoFisher原厂件（需提供质量证明文件或正规采购渠道证明）。
16	技术评议	作业方案	投标人应具备本工程项目的风险辨识，制订风险控制措施和应急预案及应急联络方式。并提供一份详细的检维修作业方案，通过招标人的审核，并严格执行。
17	技术评议	供货要求	投标人须贮备以下ThermoFisher质谱仪离子源易损件，检修工程师随身携带这些易损件来维护保养质谱仪离子源，更换老化的易损件，要在标书里列出这些易损件国内统一价格，质谱仪维护过程中需要更换这些易损件，费用以标书报价为准按更换的实际数量合计。没有使用的易损件，不产生费用。（提供承诺书）
18	技术评议	服务范围	响应4.6投标人服务范围所有工作内容。
19	技术评议	售后服务	响应7 售后服务内的全部条款，提供承诺书。
20	技术评议	一般技术条款偏离	除技术询价文件规定的实质性要求和条件()外，其它一般技术要求（技术要求层级达到a.b.c偏离属于一般技术要求），每一条记为一项偏离数量累计超出2项的投标，将被视为不满足询价采购文件实质性要求，并导致投标被否决。
21	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	