

湛江实验中心海南实验室分析实验设备购置评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-6756/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	报价文件特征码	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）”中的任何一类内容一致时，否决所有涉及投标人的投标
12	形式评审标准	投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.7.4；10.3其他”规定的任何一种情形。
14	形式评审标准	投标文件报价格式要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价。
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
16	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
17	资格评审标准	营业执照	投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。3) 投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
18	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	1) 投标人2020年1月1日-投标截止日（以合同签署时间为准）具有2项已完成的实验仪器设备销售业绩，并按规定格式提交业绩表，和相应业绩证明文件。（提示：请按照招标文件要求的业绩数量逐项公开所有的业绩证明材料，未公开业绩或公开业绩的数量不足的将导致废标）。2) 投标人提供的业绩证明文件应包括：1) 合同文件和2) 验收材料或结算发票（提示：以上2项资料，缺少任何1项都视为无效业绩，将导致废标）。A、业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、项目名称、合同相关技术要求（如合同技术附件）等内容；B、验收材料应有合同双方签字或盖章，以及确认时间（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1项已完成服务的订单委托页、及订单相应的验收文件或结算明细单。同一个年协合同提供几份订单即算为几项有效业绩（提示：提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，将导致废标）。4) 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩。5) 原件备查。6) 供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的不具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理
19	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。招标文件中明确要求资质需要在评标阶段通过权威网站查询的，以权威网站查询结果为准。投标文件中已提供查询结果证明但未查询到的，可以澄清。招标文件中未明确要求通过网站权威查询的，以投标文件为准。
20	资格评审标准	信誉要求	(1) 投标人不得被各级法院中列入失信被执行人名单；(2) 投标人自2020年1月1日（提示：由投标截止日上推3年）起至投标截止时间止，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为的。为便于招标人复核，投标人应自行到中国裁判文书网；（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法定代表人、项目负责人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖其公司公章提供给招标人；(3) 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。注：（上述带网站网址的信誉要求条款，投标人请自行查询，将查询结果加盖公章后放入投标文件）
21	响应性评审标准	财务要求	提供近三年（2020-2022年）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起经审计的财务报表。且近一年利润不能为负且近一年资产负债率 < 80%；
22	响应性评审标准	交货期	合同签订之日起2个月内。
23	响应性评审标准	交货地点	海南海口
24	响应性评审标准	合同付款条款	(1)设备完成安装、调试、试运行后，经买方考核达到合同规定的全部技术规范、标准和要求，买方在签发设备验收合格验收报告书后，卖方向买方提交合同复印件、有效全额增值税专用发票、经买方签署的设备验收合格验收报告书、海油发展发票接收单等，买方在收到上述付款资料经确认无误后45日内向卖方支付合同总价的95%； (2)合同总价的5%作为质保金。合同设备质保期结束且卖方已收到买方签发的合同设备最终接受证书、合同复印件、合同总价5%的有效收据经确认无误后45日内，买方向卖方支付该质保金。
25	响应性评审标准	商务合同条款	对商务合同其他条款无异议。
26	响应性评审标准	电感耦合等离子体原子发射光谱仪参数要求1	供应商投标时需承诺： 带高效半导体制冷的CID固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	电感耦合等离子体原子发射光谱仪参数要求2	供应商投标时需承诺： 检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度 2MHz。
28	响应性评审标准	电感耦合等离子体原子发射光谱仪参数要求3	供应商投标时需承诺： 像素分辨率： 0.002nm
29	响应性评审标准	电感耦合等离子体原子发射光谱仪参数要求4	供应商投标时需承诺： 频率：小于等于27.12MHZ
30	响应性评审标准	电感耦合等离子体原子发射光谱仪参数要求5	供应商投标时需承诺： 尾焰处理技术：避免使用空气切割等技术对紫外区谱线灵敏度造成损失，采用锥内反吹氩气技术，如使用氮气或氩气等气体切割，为节省成本，消耗量需小于3L/min。
31	响应性评审标准	同位素质谱仪系统参数要求1	供应商投标时需承诺： 真空系统：仅由一个分子涡轮泵和一个前级真空泵的自动真空系统，无需差分泵，真空系统可高达10-8 mbar，分子涡轮泵直接安装于离子源下方，可及时去除未被离子化的气体；仪器可实现对前级旋片泵的完全及自动化控制。
32	响应性评审标准	同位素质谱仪系统参数要求2	供应商投标时需承诺： 离子源：含钽涂层抗氧化灯丝的高灵敏度电子轰击源。
33	响应性评审标准	同位素质谱仪系统参数要求3	供应商投标时需承诺： 气相色谱仪与稳定同位素比质谱仪联用，正确和高精度在线测定有机混合物中单个组分 ¹³ C/ ¹² C和D/H同位素比。
34	响应性评审标准	同位素质谱仪系统参数要求4	供应商投标时需承诺： 分流/不分流毛细管柱进样口：快速扳转，更换衬管无需要拆卸螺丝，进样口带EPC，，压力设定范围：0-150 psi，压力控制精度0.001 psi。
35	响应性评审标准	同位素质谱仪系统参数要求5	供应商投标时需承诺： 气相色谱仪同位素比分析外精度： ¹³ C： 0.2‰；D/H： 2.0‰ 具有裂解和燃烧两种模式，燃烧/裂解炉最高温度可高达1500 ° C。
36	响应性评审标准	同位素质谱仪系统参数要求6	供应商投标时需承诺： 具有裂解和燃烧两种模式，燃烧/裂解炉最高温度可高达1500 ° C。
37	响应性评审标准	同位素质谱仪系统参数要求7	供应商投标时需承诺： 对含氮样品进行氧同位素分析时，可采用反吹技术，使N ₂ 和CO实现完全分离，避免N ₂ 对m/z 28峰的干扰。
38	响应性评审标准	大幅面扫描仪参数要求1	供应商投标时需承诺： 扫描技术:CCD扫描。
39	响应性评审标准	大幅面扫描仪参	供应商投标时需承诺：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		数要求2	扫描速度:(厘米/秒)灰度/黑白/24位RGB真彩:45cm/秒;875张A0/小时(纵向)、903张A0/小时(横向)。
40	响应性评审标准	大幅面扫描仪参数要求3	供应商投标时需承诺: 数据信息安全要求:不得有内置微型电脑、内存、硬盘、无线网卡、蓝牙、红外等无线模块。
41	响应性评审标准	技术材料	投标人投标时需承诺: 电感耦合等离子体原子发射光谱仪和大幅面扫描仪投标商需提供针对本项目的官方彩页或技术文件证明材料。
42	响应性评审标准	制造商授权1	供应商投标时需承诺: 合同签署前需提供同位素质谱仪制造商同意其在中国提供该货物的合法正式授权、授权文件应体现设备名称、规格型号、生产厂家等。
43	响应性评审标准	制造商授权2	供应商投标时需承诺: 合同签署前需提供电感耦合等离子体原子发射光谱仪和大幅面扫描仪制造商同意其在中国提供针对本项目的授权函和售后服务承诺书。
44	响应性评审标准	验收标准	投标人投标时需承诺: 1)符合中海油实验中心提出的设备技术参数(详见第五章供货要求); 2)测试结果满足技术要求书要求(详见第五章供货要求); 3)检验货物的数量、规格和质量符合要求,配套配件齐全; 4)根据验收单验收合格后双方签字确认; 5)厂家工程师要进行设备安装和现场使用技术培训,保证设备正常运行和实验室操作人员正确操作使用。
45	响应性评审标准	售后服务	投标人投标时需承诺: 1.安装、调试指导要求:在设备安装/调试阶段,卖方负责派有经验的服务工程师到买方指定地点、指定时间安装仪器,以及现场进行指导,直至运行正常,并为仪器操作人员提供操作及维护培训。 2.技术培训要求:厂家技术人员安装调试完后进行现场测试技术培训,免费培训至少2人,直至能完全独立操作设备。提供为期5天及以上的仪器培训,以教会岗位人员熟练操作使用为止。 3.技术联络与响应:投标方应具有专业可靠的维修服务实力,在国内具有固定可靠的维修站,并具有专业维修队伍。卖方在接到卖方通知24小时内给予答复,48小时到达现场,如设备故障,需3个工作日内到厂检修。
46	响应性评审标准	质保期要求	投标人投标时需承诺:交货日期之后的12个月。
47	响应性评审标准	响应性评审说明	所有承诺项,投标人商务技术无偏离则认为已经承诺。
48	响应性评审标准	商务、技术偏差	一般技术指标和一般商务指标偏离数量累计3项的投标,将被视为不满足招标文件实质性要求,并导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
49	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
50	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	